



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

На медицинское изделие

Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 390, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Белимед АГ", Швейцария,

Belimed AG, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland

Производитель

"Белимед АГ", Швейцария,

Belimed AG, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-15474/71832 от 01.02.2017

Вид медицинского изделия 181920

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5130

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 18 листах

приказом Росздравнадзора от 10 февраля 2017 года № 848
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



0032546

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 1

На медицинское изделие

Машина моечно-дезинфицирующая, моделей: WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 390, WD 425, WD 750, CS 750 с принадлежностями:

модель WD 150, в составе:

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 150 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
2. Тележки для крупногабаритных предметов - 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
3. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
4. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
5. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
6. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
7. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
8. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
9. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
10. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
11. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
12. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
13. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
14. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
15. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
16. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
17. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
18. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
19. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3x115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
20. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4x115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
21. Форсунки с держателем бутылок диам. 5x110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
22. Форсунки с держателем бутылок диам. 5x150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
23. Форсунки с держателем бутылок диам. 6x150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
24. Форсунки с держателем бутылок диам. 6x200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
25. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
26. Панель облицовочная боковая не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0030332

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 2

27. Панель облицовочная с дверью не более 1 шт. (860 x 300 мм.)
28. Фильтр грубой очистки не более 2 шт.
29. НЕРА-фильтр не более 2 шт.
30. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
31. Основание базовое - 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
32. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - 2 шт.
(900 x 700 x 500 мм.)
33. Панель облицовочная верхняя - 2 шт. (900 x 40 x 700 мм.)
34. Панель облицовочная между двумя машинами - 6 шт. (860 x 100 мм; 605 x 100 мм.)
35. Панель облицовочная нижняя - 8 шт. (900 x 605 мм.)
36. Перегородка разделительная - 2 шт. (700 x 100 мм.)
37. Тележка загрузочная - 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
модель WD 200. в составе:
1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 200 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Устройства автоматические загрузочные - не более 4 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
2. Устройства автоматические разгрузочные - не более 4 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
3. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт.
(605 x 605 x 398 мм)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более
20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более
20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более
20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более
20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более
20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более
20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0030350

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 3

14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 600 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0030334

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 4

38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
 39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
 40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
 41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
 42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
 43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
 44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
 45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
 46. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3x115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 47. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4x115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 48. Форсунки с держателем бутылок диам. 5x110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 49. Форсунки с держателем бутылок диам. 5x150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 50. Форсунки с держателем бутылок диам. 6x150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 51. Форсунки с держателем бутылок диам. 6x200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
 53. Панель облицовочная боковая не более 4 шт. (1120 x 2 x 1970 мм.)
 54. Люк передаточный - 2 шт. (850 x 370 x 2500 мм.)
 55. Фильтры грубой очистки не более 2 шт.
 56. НЕРА-фильтр не более 2 шт.
 57. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
 58. Основание базовое - 1 шт. (680 x 710 мм.)
 59. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - 1 шт. (680 x 710 x 710 мм.)
 60. Панель облицовочная верхняя - 4 шт. (900 x 30 x 450 мм.)
 61. Панель облицовочная между двумя машинами - 6 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
 62. Панель облицовочная нижняя - 8 шт. (900 x 25 x 100 мм)
 63. Перегородка разделительная - 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
 64. Тележка загрузочная - 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
- модель WD 250. в составе:
1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 250.
 2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0030335

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 5

2. Устройства автоматические загрузочные - не более 10 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
3. Устройства автоматические разгрузочные - не более 10 шт. (860 x 560 x 790 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0030351

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 6

25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт.
(605 x 605 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт.
(605 x 600 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3x115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4x115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 5x110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсунки с держателем бутылок диам. 5x150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Форсунки с держателем бутылок диам. 6x150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
51. Форсунки с держателем бутылок диам. 6x200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0030337

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 7

53. Панель облицовочная боковая - 4 шт. (1120 x 2 x 1970 мм.)
54. Панель облицовочная с дверью - 2 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
55. Люк передаточный - не более 2 шт. (850 x 370 x 2500 мм.)
56. Фильтр грубой очистки не более 2 шт.
57. НЕРА-фильтр - не более 2 шт.
58. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
59. Основание базовое - 1 шт. (900 x 800 мм.)
60. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - 1 шт. (900 x 700 x 800 мм.)
61. Панель облицовочная верхняя - 4 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
62. Панель облицовочная между двумя машинами - 6 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
63. Панель облицовочная нижняя - 8 шт. (900 x 25 x 100 мм)
64. Перегородка разделительная - 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
65. Тележка загрузочная - 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
модель WD 290. в составе:
1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 290 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1155 x 617 x 1072 мм)
2. Устройства автоматические загрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
3. Устройства автоматические разгрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0030352

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 8

- 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110 x 100 x 60 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220 x 100 x 50 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220 x 100 x 50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 20 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0030339

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 9

35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
 36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
 37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
 38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
 39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
 40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
 41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
 42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
 43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
 44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
 45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
 46. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3х115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 47. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4х115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 48. Форсунки с держателем бутылок диам. 5х110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 49. Форсунки с держателем бутылок диам. 5х150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 50. Форсунки с держателем бутылок диам. 6х150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 51. Форсунки с держателем бутылок диам. 6х200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
 53. Панель облицовочная боковая - 4 шт. (1120 х 2 х 1970 мм.)
 54. Панель облицовочная с дверью - 2 шт. (900 х 25 х 1840 мм.)
 55. Люк передаточный - 2 шт. (900 х 790 х 2400 мм.)
 56. Фильтр грубой очистки - 2 шт.
 57. НЕРА-фильтр - 2 шт.
 58. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
 59. Основание базовое - 1 шт. (900 х 940 мм.)
 60. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - 1 шт. (900 х 700 х 800 мм.)
 61. Панель облицовочная верхняя - 4 шт. (900 х 30 х (450 мм или 500 мм.))
 62. Панель облицовочная между двумя машинами - 6 шт. (1840 х 25 х (50 мм или 100 мм.))
 63. Панель облицовочная нижняя - 8 шт. (900 х 25 х (450 мм или 500 мм.))
 64. Перегородка разделительная - 2 шт. (1840 х 25 х 1840 мм.)
 65. Тележка загрузочная - 2 шт. (1155 х 617 х 1840 мм.)
- модель WD 390, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0030353

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 10

1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 390 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1155 x 617 x 1072 мм)
2. Устройства автоматические загрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
3. Устройства автоматические разгрузочные - не более 10 шт. (1160 x 560 x 790 мм.)
4. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1506 x 617 x 1072мм.)
5. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
6. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
8. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (910 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
16. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
17. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
18. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
19. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
21. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0030341

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 11

22. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
23. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
24. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
25. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
26. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
28. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
29. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 225 мм.)
30. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
32. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
34. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
37. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
38. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
39. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
40. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
41. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
43. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
44. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
45. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 5х110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 5х110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 5х110 мм (в сборе) - не более 300 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0030354

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 12

49. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 50. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 51. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 52. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
 53. Панель облицовочная боковая - 10 шт. (1420 x 2 x 1970 мм.)
 54. Панель облицовочная с дверью - 4 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
 55. Люк передаточный - 2 шт. (900 x 790 x 2400 мм.)
 56. Фильтр грубой очистки - 2 шт.
 57. HEPA - фильтр - 2 шт.
 58. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
 59. Основание базовое - 5 шт. (900 x 940 мм.)
 60. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - 2 шт. (900 x 700 x 800 мм.)
 61. Панель облицовочная верхняя - 10 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
 62. Панель облицовочная между двумя машинами - 14 шт. (1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
 63. Панель облицовочная нижняя - 20 шт. (900 x 25 x 100 мм)
 64. Перегородка разделительная - 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
 65. Тележка загрузочная - 2 шт. (1155 x 617 x 1072 мм)
- модель WD 425, в составе:
1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 425 - 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Тележки транспортировочные - 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
 2. Тележки для крупногабаритных предметов - 2 шт. (1506 x 617 x 1072 мм.)
 3. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
 4. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
 5. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
 6. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
 7. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
 8. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 50 шт.
 9. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
 10. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
 11. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
 12. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0030357

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 13

13. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
 14. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
 15. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
 16. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
 17. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
 18. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
 19. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 20. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 21. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 22. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 23. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 24. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
 25. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
 26. Панель облицовочная боковая - 2 шт. (860 x 700 мм.)
 27. Панель облицовочная с дверью - 1 шт. (860 x 300 мм.)
 28. Фильтр грубой очистки - 2 шт.
 29. НЕРА - фильтр - 2 шт.
 30. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
 31. Основание базовое - 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
 32. Основание с выдвижным ящиком для хранения моющих средств - 2 шт. (900 x 700 x 500 мм.)
 33. Панель облицовочная верхняя - 2 шт. (900 x 40 x 700 мм.)
 34. Панель облицовочная между двумя машинами - 6 шт. (860 x 100 мм; 605 x 100 мм.)
 35. Панель облицовочная нижняя - 8 шт. (900 x 605 мм.)
 36. Перегородка разделительная - 2 шт. (700 x 100 мм.)
 37. Тележка загрузочная - 2 шт. (850 x 617 x 1072 мм.)
- модель WD 750. в составе:
1. Машина моечно-дезинфицирующая WD 750 - 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (605 x 617 x 1072 мм)
 2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 4 шт. (605 x 617 x 1072 мм)
 3. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм)
 4. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 2 шт. (605 x 600 x 597 мм.)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0030358

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 14

5. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт. (605 x 600 x 398 мм.)
6. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
8. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более 20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 605 x 400 мм.)
16. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
17. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
18. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
19. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
21. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
22. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
23. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
24. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
25. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0030345

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 15

- (605 x 600 x 597 мм.)
26. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт.
(605 x 605 x 225 мм.)
28. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
29. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
30. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
32. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
34. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
37. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
38. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
39. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
40. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
41. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
43. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
44. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
45. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
51. Панель облицовочная боковая - не более 6 шт. (1120 x 2 x 1970 мм и (или) 1420 x 2 x 1970 мм и (или) 1775 x 2 x 1970 мм.)
52. Панель облицовочная с дверью - 2 шт. (900 x 790 мм.)
53. Люк передаточный - 2 шт. (900 x 790 x 2450 мм.)
54. Фильтр грубой очистки - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0030359

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 16

55. НЕРА - фильтр - 2 шт.
56. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
57. Основание базовое - 2 шт. (1990 x 1150 мм.)
58. Панель облицовочная верхняя - 8 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
59. Панель облицовочная между двумя машинами - 8 шт.
(1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
60. Панель облицовочная нижние - 12 шт. (900 x 25 x 100 мм)
61. Перегородка разделительная - 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
62. Тележка загрузочная - 2 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
модель CS 750. в составе:
1. Машина моечно-дезинфицирующая CS 750 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Тележки транспортировочные - не более 10 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
2. Тележки для крупногабаритных предметов - не более 10 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)
3. Стойки базовые - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
4. Стойки для обработки жестких эндоскопов - не более 20 шт. (605 x 600 x 597 мм.)
5. Стойки для обработки инструментов малоинвазивной хирургии - не более 20 шт.
(605 x 600 x 398 мм.)
6. Стойки для обработки анестезиологических материалов универсальные - не более
20 шт. (605 x 605 x 597 мм.)
7. Стойки для обработки хирургических инструментов одноуровневые - не более
20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
8. Стойки для обработки хирургических инструментов двухуровневые - не более 20 шт.
(1260 x 600 x 597 мм.)
9. Стойки для обработки хирургических инструментов трехуровневые - не более 20 шт.
(1260 x 600 x 597 мм.)
10. Стойки для обработки хирургических инструментов четырехуровневые - не более
20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
11. Стойки для обработки хирургических инструментов пятиуровневые - не более
20 шт. (1260 x 600 x 197 мм.)
12. Стойки для обработки хирургических инструментов шестиуровневые - не более
20 шт. (1260 x 600 x 597 мм.)
13. Стойки для обработки предметного стекла - не более 20 шт. (600 x 600 x 597 мм.)
14. Стойки для обработки чашек Петри - не более 20 шт. (600 x 600 x 597 мм.)
15. Стойки для обработки лабораторных принадлежностей - не более 20 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0030360

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 17

- (605 x 605 x 400 мм.)
16. Стойки для обработки пипеток - не более 20 шт. (605 x 605 x 398 мм.)
17. Стойки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
18. Стойки с форсунками для лабораторных принадлежностей - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
19. Стойки для обработки стеклянных сосудов с узким горлышком - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
20. Стойки верхние с разбрызгивателем - не более 20 шт. (605 x 605 x 397 мм.)
21. Стойки нижние - не более 20 шт. (605 x 605 x 100 мм.)
22. Стойки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт.
(605 x 605 x 597 мм.)
23. Держатели для операционной обуви, вертикальные - не более 10 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
24. Держатели для операционной обуви, наклонные - не более 10 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
25. Вставки для обработки бутылочек для детского питания - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
26. Вставки для обработки почкообразных лотков - не более 20 шт.
(605 x 600 x 597 мм.)
27. Вставки для обработки стерилизационных контейнеров - не более 20 шт.
(605 x 605 x 225 мм.)
28. Сервисные наборы (поджимная пружина, опорная мембрана, шайба, запорный шарик, зажимная гайка) - не более 20 шт.
29. Корзины для инструментов с крышкой, 110/100/65 мм - не более 50 шт.
30. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/63 мм - не более 50 шт.
31. Корзины для инструментов с крышкой, 220/100/50 мм - не более 50 шт.
32. Корзины сетчатые, 480/250/75 мм - не более 50 шт.
33. Корзины для инструментов, 250/170/70 мм - не более 100 шт.
34. Корзины для инструментов, 240/250/60 мм - не более 50 шт.
35. Корзины для инструментов, 340/250/70 мм - не более 100 шт.
36. Корзины для инструментов, 450/340/70 мм - не более 100 шт.
37. Корзины для инструментов, 480/250/60 мм - не более 50 шт.
38. Корзины для инструментов, 520/250/75 мм - не более 50 шт.
39. Корзины для инструментов, 520/250/100 мм - не более 50 шт.
40. Корзины лабораторные верхние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0030348

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 февраля 2017 года № РЗН 2015/3375

Лист 18

41. Корзины лабораторные нижние, 560/560/230 мм - не более 50 шт.
42. Корзины лабораторные секторные для пробирок, 280/280/135 мм - не более 50 шт.
43. Корзины основные, высота 125 мм - не более 50 шт.
44. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 3 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
45. Форсунки с держателем бутылок двойные диам. 4 x 115 мм (в сборе) - не более 300 шт.
46. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 110 мм (в сборе) - не более 300 шт.
47. Форсунки с держателем бутылок диам. 5 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
48. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 150 мм (в сборе) - не более 300 шт.
49. Форсунки с держателем бутылок диам. 6 x 200 мм (в сборе) - не более 300 шт.
50. Ленты бумажные для принтера - не более 50 шт.
51. Панель облицовочная боковая - не более 6 шт.
(1120 x 2 x 1970 мм и(или) 1420 x 2 x 1970 мм и (или) 1775 x 2 x 1970 мм.)
52. Панель облицовочная с дверью - 2 шт. (900 x 25 x 1840 мм.)
53. Люк передаточный - 2 шт. (900 x 790 x 2400 мм.)
54. Фильтр грубой очистки - 2 шт.
55. НЕРА - фильтр - 2 шт.
56. Устройство для кодирования моечной машины - 4 шт.
57. Основание базовое - 2 шт. (1990 x 1150 мм.)
58. Панель облицовочная верхняя - 8 шт. (900 x 30 x (450 мм или 500 мм.))
59. Панель облицовочная между двумя машинами - 8 шт.
(1840 x 25 x (50 мм или 100 мм.))
60. Панель облицовочная нижняя - 12 шт. (900 x 25 x 100 мм)
61. Перегородка разделительная - 2 шт. (1840 x 25 x 100 мм)
62. Тележка загрузочная - 2 шт. (1505 x 617 x 1072 мм)

Место производства:

1. Belimed AG, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland.
2. Belimed AG, Zelgstrasse 8, 8583 Sulgen, Switzerland.
3. Belimed AG, Dorfstrasse 4, 6275 Ballwil, Switzerland.
4. Belimed GmbH, Edisonstrasse 7a, 84453 Mühldorf am Inn, Germany.
5. Belimed d.o.o., Taborska cesta 38E 1290 Grosuplje, Slovenija.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



0042137