



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20.03.2017 № РЗН 2016/3655

На медицинское изделие

Прибор для диагностики кариозных изменений зуба KaVo DIAGNOdent pen 2190

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "КаВо Дентал Руссланд"

Производитель

"Кальтенбах энд Фойгт ГмбХ"

Место производства медицинского изделия

Германия, Дальнее зарубежье, Kaltenbach & Voigt GmbH, Bismarckring 39, 88400
Biberach, Germany

Номер регистрационного досье № РЗН 2016/3655

Вид медицинского изделия: 119380

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 94 4280

Приказом Росздравнадзора от 20.03.2017. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)
подпись