

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года № РЗН 2018/7035

На медицинское изделие

Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛИПС" (ООО "ФИЛИПС"), Россия, 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

Производитель

"Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды, Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4-6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия
Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4-6, 5684 PC Best,
The Netherlands

Номер регистрационного досье № РД-23536/50395 от 03.09.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.11.113

приказом Росздравнадзора от 29 декабря 2018 года № 9284 допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 1

На медицинское изделие

Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями:

- I. Система ангиографическая Azurion 3 M12, в составе:
- 1. Модуль С-дуги в составе:
- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор F12.
- 2. Стол пациента, варианты исполнения:
- 2.1. Стандартный стол пациента;
- 2.2. Стол пациента с наклоном.
- 3. Модуль управления, не более 4 шт.
- 4. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения:
- 5. Шкаф управления.
- 6. Распределительный щит (при необходимости).
- 7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 10. Оборудование пультовой в составе:
- 10.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 10.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 10.3. Мышь;
- 10.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1. и выше.
- 11. Ручной переключатель сдвига.
- 12. Регулятор скорости.
- 13. Ручной переключатель экспозиции.
- 14. Ножной переключатель, не более 2 піт.
- 15. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 при необходимости).
- 17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 18. Лампа для осмотра (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 2

- 19. Кабели питания, 10 шт.
- 20. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных носителях, не более 25 шт.
- II. Система ангиографическая Azurion 3 M15, в составе:
- 1. Модуль С-дуги в составе:
- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга:
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор F15.
- 2. Стол пациента, варианты исполнения:
- 2.1. Стандартный стол пациента;
- 2.2. Стол пациента с наклоном.
- 3. Модуль управления, не более 4 шт.
- 4. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 5. Шкаф управления.
- 6. Распределительный щит (при необходимости).
- 7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 10. Оборудование пультовой в составе:
- 10.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 10.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 10.3. Мышь;
- 10.4. Клавиатура;
- 10.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.
- 11. Ручной переключатель сдвига.
- 12. Регулятор скорости.
- 13. Ручной переключатель экспозиции.
- 14. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 15. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMEN
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходим
- 17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 18. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 19. Кабели питания, 10 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 3

- 20. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных носителях, не более 25 шт.
- III. Система ангиографическая Azurion 7 M12 (вариант 1), в составе:
- 1. Модуль С-дуги в составе:
- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор F12.
- 2. Стол пациента, варианты исполнения:
- 2.1. Стандартный стол пациента;
- 2.2. Стол пациента с наклоном.
- 3. Модуль управления, не более 4 шт.
- 4. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 5. Шкаф управления.
- 6. Распределительный щит (при необходимости).
- 7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 10. Оборудование пультовой в составе:
- 10.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 10.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 10.3. Мышь;
- 10.4. Клавиатура;
- 10.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия и выше.
- 11. Ручной переключатель сдвига.
- 12. Регулятор скорости.
- 13. Ручной переключатель экспозиции.
- 14. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 15. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходимост
- 17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 18. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 19. Кабели питания, 10 шт.
- 20. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных носителях, не более 25 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

д Ю. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 4

- IV. Система ангиографическая Azurion 7 M12 (вариант 2), в составе:
- 1. Модуль С-дуги в составе:
- штатив с потолочным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор С12.
- 2. Стол пациента, варианты исполнения:
- 2.1. Стандартный стол пациента;
- 2.2. Стол пациента с наклоном.
- 3. Модуль управления, не более 4 шт.
- 4. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 5. Шкаф управления.
- 6. Распределительный щит (при необходимости).
- 7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 10. Оборудование пультовой в составе:
- 10.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости),
- 10.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 10.3. Мышь;
- 10.4. Клавиатура;
- 10.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1 и выше.
- 11. Ручной переключатель сдвига.
- 12. Регулятор скорости.
- 13. Ручной переключатель экспозиции.
- 14. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 15. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при исоходимости
- 17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 18. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 19. Кабели питания, 10 шт.
- 20. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных нестителях не более 15 шт.
- V. Система ангиографическая Azurion 7 M20 (вариант 1), в состава С

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

т.ю. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 5

- 1. Модуль С-дуги в составе:
- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор F20;
- 2. Стол пациента, варианты исполнения:
- 2.1. Стандартный стол пациента;
- 2.2. Стол пациента с наклоном.
- 3. Модуль управления, не более 4 шт.
- 4. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 5. Шкаф управления.
- 6. Распределительный щит (при необходимости).
- 7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 10. Оборудование пультовой в составе:
- 10.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 10.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 10.3. Мышь;
- 10.4. Клавиатура;
- 10.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1
- 11. Ручной переключатель сдвига.
- 12. Регулятор скорости.
- 13. Ручной переключатель экспозиции.
- 14. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 15. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходи ости).
- 17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 18. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 19. Кабели питания, 10 шт.
- 20. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных посителях, не более 25 шт.
- VI. Система ангиографическая Azurion 7 M20 (вариант 2), в состав
- 1. Модуль С-дуги в составе:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ на медицинское изделие

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 6

- штатив с потолочным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор С20.
- 2. Стол пациента, варианты исполнения:
- 2.1. Стандартный стол пациента;
- 2.2. Стол пациента с наклоном.
- 3. Модуль управления, не более 4 шт.
- 4. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 5. Шкаф управления.
- 6. Распределительный щит (при необходимости).
- 7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 10. Оборудование пультовой в составе:
- 10.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 10.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 10.3. Мышь;
- 10.4. Клавиатура;
- 10.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1. и выше.
- 11. Ручной переключатель сдвига.
- 12. Регулятор скорости.
- 13. Ручной переключатель экспозиции.
- 14. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 15. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходимости).
- 17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 18. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 19. Кабели питания, 10 шт.
- 20. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных посителях, не быес 25 шт.
- VII. Система ангиографическая Azurion 7 M20 (вариант 3), в состиве
- 1. Модуль С-дуги в составе:
- штатив с потолочным креплением С-дуги;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 7

- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор С20.
- 2. Модуль управления, не более 4 шт.
- 3. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 4. Шкаф управления.
- 5. Распределительный щит (при необходимости).
- 6. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 7. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 8. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 9. Оборудование пультовой в составе:
- 9.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 9.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 9.3. Мышь;
- 9.4. Клавиатура;
- 9.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.
- 10. Ручной переключатель сдвига.
- 11. Регулятор скорости.
- 12. Ручной переключатель экспозиции.
- 13. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 14. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 15. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходимости).
- 16. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 17. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 18. Кабели питания, 10 шт.
- не более 25 шт. 19. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных изданальных
- VIII. Система ангиографическая Azurion 7 В12, в составе:
- 1. Модуль С-дуги напольный в составе:
- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель
- коллиматор;
- детектор F12

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 8

- 2. Модуль С-дуги потолочный в составе:
- штатив с потолочным креплением С-дуги;
- С-дуга:
- рентгеновский излучатель.;
- коллиматор;
- детектор C12
- 3. Стол пациента, варианты исполнения (при необходимости)
- 3.1. Стандартный стол пациента;
- 3.2. Стол пациента с наклоном.
- 4. Модуль управления, не более 4 шт.
- 5. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 6. Шкаф управления.
- 7. Распределительный щит (при необходимости).
- 8. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 9. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 10. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 11. Оборудование пультовой в составе:
- 11.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости),
- 11.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 11.3. Мышь;
- 11.4. Клавиатура;
- 11.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2
- 12. Ручной переключатель сдвига.
- 13. Регулятор скорости.
- 14. Ручной переключатель экспозиции.
- 15. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 16. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при доходимо вти).
- 18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.
- 19. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 20. Кабели питания, 10 шт.
- 21. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных носителях, не бол е 25 шт.
- IX. Система ангиографическая Azurion 7 B20 (вариант 1), в составе.
- 1. Модуль С-дуги напольный в составе:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

л.Ю. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 9

- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель
- коллиматор;
- детектор F20
- 2. Модуль С-дуги потолочный в составе:
- штатив с потолочным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель.;
- коллиматор;
- детектор С15
- 3. Стол пациента, варианты исполнения (при необходимости)
- 3.1. Стандартный стол пациента;
- 3.2. Стол пациента с наклоном.
- 4. Модуль управления, не более 4 шт.
- 5. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 6. Шкаф управления.
- 7. Распределительный щит (при необходимости).
- 8. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 9. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 10. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 11. Оборудование пультовой в составе:
- 11.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 11.2. Модуль просмотра, не более 3 шт
- 11.3. Мышь;
- 11.4. Клавиатура;
- 11.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1. и выше.
- 12. Ручной переключатель сдвига.
- 13. Регулятор скорости.
- 14. Ручной переключатель экспозиции.
- 15. Ножной переключатель, не более 2 шт.
- 16. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 ти DIAMENTOR K2S
- Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.
- 17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходимости)
- 18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

1.10. Павлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ на медицинское изделие

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 10

- 19. Лампа для осмотра (при необходимости).
- 20. Кабели питания, 10 шт.
- 21. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных носителях, не более 25 шт.
- Х. Система ангиографическая Azurion 7 В20 (вариант 2), в составе:
- 1. Модуль С-дуги напольный в составе:
- штатив с напольным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель
- коллиматор;
- детектор F20
- 2. Модуль С-дуги потолочный в составе:
- штатив с потолочным креплением С-дуги;
- С-дуга;
- рентгеновский излучатель;
- коллиматор;
- детектор С12
- 3. Стол пациента, варианты исполнения (при необходимости):
- 3.1. Стандартный стол пациента;
- 3.2. Стол пациента с наклоном.
- 4. Модуль управления, не более 4 шт.
- 5. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.
- 6. Шкаф управления.
- 7. Распределительный щит (при необходимости).
- 8. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.
- 9. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов (при необходимости).
- 10. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный (при необходимости).
- 11. Оборудование пультовой в составе:
- 11.1. Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма 2 шт., (при необходимости);
- 11.2. Модуль просмотра, не более 3 шт;
- 11.3. Мышь;
- 11.4. Клавиатура;
- 11.5. Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Азигоп версия 1.
- 12. Ручной переключатель сдвига.
- 13. Регулятор скорости.
- 14. Ручной переключатель экспозиции.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 11

15. Ножной переключатель, не более 2 шт.

16. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S

Т11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт. (при необходимости).

18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

19. Лампа для осмотра (при необходимости).

20. Кабели питания, 10 шт.

21. Руководство по эксплуатации на бумажных или электронных носителях, не более 25 шт.

XI. Принадлежности:

1. Столик для мыши.

2. Беспроводная мышь, не более 2 шт.

3. Ручка перемещения стола, не более 3 шт.

4. Беспроводной ножной переключатель.

5. Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.

6. Пульт дистанционного управления для исследования сердца, не более 2 шт.

7. Пульт дистанционного управления для исследования сосудов, не более 2 шт.

8. Монохромный монитор для операционной с диагональю 19 дюймов, не более 12 шт.

9. Цветной монитор для операционной с диагональю 19 дюймов, не более 12 шт.

10. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов, не более 12 шт.

11. Цветной монитор для операционной с диагональю 32 дюйма, не более 4 шт. 12. Большой цветной монитор для операционной с диагональю 58 дюймов, не более 3 шт.

13. Цветной монитор для пультовой с диагональю 24 дюйма, не более 6 шт.

14. Цветной монитор для пультовой с диагональю 27 дюймов, не более 4 шт.

15. Потолочный подвес для мониторов, не более 2 шт.:

- 2-секционный

- 4-секционный

- 6-секционный 16. Потолочный подвес для большого цветного монитора 58 дюймов, не более 2 шт.:

- 1-секционный

- 3-секционный

17. Потолочный подвес для мониторов с подпружиненным кронштенном не более 2

- 2-секционный

- 3-секционный

18. Подвес потолочный FlexMove для расширенного перемещения птатива С-дуг

19. Подставка для модулей управления системой.

20. Стойка для оборудования.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

П.Ю. Навлюков

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 12

- 21. Устройство подключения дополнительного оборудования, не более 10 шт.
- 22. Настенная распределительная коробка, не более 10 шт.
- 23. Рельс для крепления принадлежностей на столе пациента, не более 2 шт.
- 24. Вспомогательный рельс для крепления принадлежностей на столе пациента.
- 25. Зажимы для крепления принадлежностей на рельсе стола, не более 10 шт.
- 26. Зажимы для крепления принадлежностей на деке стола, не более 10 шт.
- 27. Комплект подлокотников, не более 2 шт.
- 28. Опора для рук, не более 2 шт.
- 29. Опора для плеч, не более 2 шт.
- 30. Опора для руки, регулируемая по высоте, не более 2 шт.
- 31. Подголовник, не более 2 шт.
- 32. Держатель головы для неврологических исследований.
- 33. Компрессионный зажим с храповым механизмом.
- 34. Набор рукояток и зажимов.
- 35. Периферические рентгеновские фильтры, не более 3 шт.
- 36. Ремни для фиксации положения пациента, не более 3 шт.
- 37. Церебральный фильтр, не более 2 шт.
- 38. Клин для неврологических исследований.
- 39. Держатели специальные, не более 6 шт.
- 40. Стандартный матрас.
- 41. Матрас для кардиологических исследований.
- 42. Матрас для неврологических исследований, не более 3 шт.
- 43. Экран радиационной защиты, не более 2 шт.
- 44. Экран радиационной защиты потолочный, не более 2 шт.
- 45. Монтажное крепление для экрана радиационной защиты потолочного, не более 2 шт.
- 46. Модуль двусторонней связи.
- 47. Устройство записи DVD для медицинского применения.
- 48. Устройство записи DVD-DICOM для медицинского применения.
- 49. Рабочая станция для интервенционных инструментов:
- цветной монитор с диагональю 24 дюйма (поставляется по требовация
- клавиатура не более 3 шт.
- мышь не более 3 шт.
- блок обработки данных пациента.
- 50. Модули программные, не более 40 шт.
- 51. Лицензионные ключи DICOM, не более 3 шт. 52. Фантом калибровочный для получения 3D-изображений.

Заместитель руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года

№ P3H 2018/7035

Лист 13

- 53. Фантом калибровочный для области головы.
- 54. Фантом калибровочный для тела.
- 55. Выключатель электрический, не более 2 шт.
- 56. Распределительный шкаф для дополнительного оборудования, не более 2 шт.
- 57. Распределительный шкаф для монитора, не более 3 піт.
- 58. Источник бесперебойного питания с полной нагрузкой.
- 59. Источник бесперебойного питания с малой нагрузкой, не более 2 шт.
- 60. Автотрансформатор.
- 61. Крышки для технических блоков в пультовой, не более 10 шт.
- 62. Напольная плита для штатива С-дуги.
- 63. Напольная плита для установки стола пациента.
- 64. Рельсы потолочные для С-дуги, не более 2 шт.
- 65. Рельсы потолочные для мониторной подвески, не более 4 шт.
- 66. Лазерный центратор.
- 67. Кабели соединительные, не более 20 шт.
- 68. Кабели силовые, не более 10 шт.
- 69. Комплект кабеля с разъемами длиной 8 м, не более 3 шт.
- 70. Кабели питания резервные, не более 15 шт.
- 71. Кабели для подключения внешнего оборудования, не более 15 шт.
- 72. Кабель сетевой, не более 5 шт.
- 73. Разъемы для подсоединения кабеля, не более 4 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

